

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: „**Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – chemické pomůcky a vybavení**“.

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje

Dotaz č.1

Ve specifikaci pro Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl u položky P06 (monodestilační přístroj) uvádí zadavatel příkon přístroje do max. 0,5 kW. Domníváme se, že došlo k administrativní chybě, a že přístroj požadované kapacity se v příkonové kategorii do 0,5 kW na trhu nevyskytuje. Nejnižší možný příkon pro tuto kapacitu zařízení je 2 kW. Prosíme proto o prověření tohoto parametru a případně o potvrzení, že příkon 2 kW je pro zadavatele akceptabilní.

Odpověď na dotaz č.1

ANO, příkon 2 kW je pro školu akceptovatelný.

Dotaz č.2

Ve specifikaci pro Střední průmyslovou školu chemickou Pardubice zadavatel uvádí u položky P24 (Termostat s vnitřní cirkulací), že přístroj má mít teplotní konstantu $\pm 0,03$ K, výkon čerpadla 15 l/min, bar 0,34 a rozměry lázně min. 150x150x150 mm. Chtěli bychom se zeptat, zda by zadavatel akceptoval přístroj, který má teplotní konstantu $\pm 0,05$ °C, výkon čerpadla 14 l/min, 0,25 bar a rozměry lázně 140x120x150 mm?

Odpověď na dotaz č.2

Škola požaduje dodat přístroj dle uvedených specifikací v Příloze č.4.

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty na podání nabídek na 26.11.2018 do 9:00.